



大连医科大学附属第一医院

## 磁共振 (MRI) 检查注意事项

各位患者在您做检查以前, 请认真阅读以下内容:

- 1、禁忌症: 带有心脏起搏器、神经刺激器、人工心脏瓣膜、胰岛素泵、血管夹、眼球内异物、内耳假体及体内其他铁质异物的病人禁忌MR检查。
- 2、预约时间: 按预约时间提前半小时到达MR室报到。如遇急诊病人, 工作人员可能对检查顺序进行调整, 敬请谅解。
- 3、检查前准备:
  - ① **检磁:** 受检病人去除所有携带的金属物品(首饰、钱币、笔、打火机、各种卡、手表、钥匙、手机、腰带、假牙、假肢、含金属胸罩等), 更换医院提供的检查服。贵重物品自行保管好。
  - ② **颅脑、神经系统检查:** 无需特殊准备。
  - ③ **腹部检查:** 请于检查前4小时禁食。
  - ④ **盆腔及腰骶部检查:** 女性病人, 如带避孕环请到妇科取出后进行检查。
  - ⑤ **不能配合的儿童、精神症状的病人:** 请临床医生配合应用镇静剂。
  - ⑥ **危重病人:** 必须由临床医生陪同来MR室进行检查, 以处理可能发生的紧急情况。
- 4、MR检查过程中: 机器会产生较大的噪音, 请不必恐慌, 并请谅解。按检查医生的要求配合检查。
- 5、检查完成: 请持取报告单到指定窗口取检查结果。如需增强, 请阅读下面知情同意书并按要求签字。

### 磁共振 (MRI) 增强检查知情同意书

根据《执业医师法》及《医疗事故处理条例》的有关规定, 患者及家属享有知情权, 为进一步明确诊断, 在MRI平扫后, 为进一步提高病变的检出率及对疾病的定位定性诊断, 需做MRI增强检查。该检查使用的是钆造影剂, 患者可能出现以下过敏反应。对这些反应的发生, 医院已有相应的预防措施和急救办法, 但也有极个别患者会发生严重反应。

可能出现的过敏反应有:

1. 轻度反应: 全身热感、发痒、头痛、恶心、呕吐, 约占0.3-1.46%;
2. 中度反应: 胸闷、气急、呼吸困难, 约占0.01-0.06%;
3. 严重反应: 近10年来国内外文献偶见休克、癫痫、心跳骤停及死亡的个案报道;
4. 其它不良反应(如: 肾脏纤维化, 等)。

对以上内容已知情, 同意 (同意 / 不同意) 接受增强检查, 按规定缴纳相关费用。

患者签名:                 

患者监护人 / 家属 / 代理人:                 

与患者关系: 父亲

护士签名: 张芳

过 敏 史: 无

日期: 2019年1月15日8时

身 高: 161cm